



ОВЕРМЕД ДОО Београд, МБ: 21920584, ПИБ: 113745819
Телефон/факс: 011 45 73 222, 45 73 223
Интернет адреса: www.overmed.rs
Ел. адреса: office@overmed.rs
Адреса: Билећка 44/1, 11042 Београд – Вождовац
ТР: 220-161898-77 ProCredit Bank

Ознака
овлашћеног
тела

ОВЛАШЋЕНО ТЕЛО ЗА ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИПРЕМИ И ТРАНСПОРТУ МЕРИЛА

Припрема мерила/мерних уређаја

Контролно тело је одговорно за активности контролисања мерних уређаја односно мерила који су саставни део медицинских средстава из обима пословања/акредитације/оверавања за рад на локацији Билећка 44/1, Београд - Вождовац, као и рад на терену у случајевима предвиђеним правилником који дефинише начине и услове оверавања мерила. У зависности од метролошких карактеристика и осетљивости конструкције медицинског средства у чијем је саставу мерило, контролисање/оверавање је могуће извршити у просторијама контролног тела или на месту употребе мерила/мерног уређаја, односно на локацији клијента.

Клијент је у обавези да контролном телу надокнади трошкове транспорта особља и опреме за контролисање, ако се контролисање/оверавање обавља изван седишта контролног тела односно на локацији клијента у складу са важећим ценовником услуга објављеном на интернет сајту контролног тела, **Ценовник услуга контролног тела, КТ-ПР12-О28.**

Контролисање/оверавање мерила се искључиво обавља на **већ очишћеним и припремљеним мерилима/мерним уређајима од стране клијента**, који су техничко исправни, комплетни са свим припадајућим деловима и који морају функционисати у складу са прописаним метролошким захтевима и бити у таквом стању да се несметано може приступити оверавању, у складу са *Правилником о начину и условима оверавања мерила*, како је наведено у **Општим условима пословања контролног тела, КТ-ПР12-О17.**

Клијент/корисник услуга контролисања/оверавања се обавезује да ће обезбедити неометан приступ објектима/предметима контролисања у случају оверавања на локацији клијента, као и обезбедити одговарајуће безбедоносне, радне и техничке услове према захтевима контролног тела. У случају специфичних предмета контролисања неопходно је да представник клијента прати особље контролног/овлашћеног тела током обављања контролисања/оверавања.

Ако другачије није договорено, наручилац услуге је обавезан да достави пратећу техничку документацију предмета контролисања/оверавања пре почетка обављања предметних активности, како је наведено у **Захтеву за оверавање, КТ-ПР12-О14.**

Подносилац захтева за оверавање мерила/мерних уређаја односно власник/**корисник** је у обавези да припреми мерило у складу са препорукама односно захтевима произвођача мерила/мерног уређаја, водећи рачуна да су при томе испуњени и сви захтеви за безбедност особља контролног тела које ће руковати предметним мерилем/мерним уређајем, као и здравственог и другог особља (нпр. током транспорта) које је евентуално у контакту са предметним мерилем/мерним уређајем.

Уколико се преглед и оверавање мерила обавља на локацији клијента, а подносилац захтева за оверавање мерила/мерних уређаја односно власник/**корисник** није припремио мерило/мерни уређај како је захтевано, контролно/овлашћено тело ће наплатити сат чекања свог особља до тренутка обезбеђивања несметаног приступа припремљеном мерилу, према важећем ценовнику услуга. Уколико клијент достави неприпремљено мерило/мерни уређај у просторије контролног тела, исто неће бити примљено.

Транспорт и достављање мерила/мерних уређаја у контролно тело

Клијент је у обавези да обезбеди ефикасан, безбедан и поуздан транспорт обезбеђених мерила/мерног уређаја у контролно тело уколико се контролисање/оверавање обавља у контролном телу и о свом трошку, поштујући низ процедура у вези са ефикасним транспортом, а посебно правилним учвршћивањем у зависности од врсте мерила/мерног уређаја и правилним одабиром амбалаже за транспорт. Препоручује се оригинална амбалажа, ако је применљиво или друга одговарајућа, као и слање одговарајућих каблова и напајања, односно конектора, адаптера и припадајућих делова уз мерило, у договору са контролним телом.

 OVERMED	ОВЕРМЕД ДОО Београд, МБ: 21920584, ПИБ: 113745819 Телефон/факс: 011 45 73 222, 45 73 223 Интернет адреса: www.overmed.rs Ел. адреса: office@overmed.rs Адреса: Билећка 44/1, 11042 Београд – Вождовац ТР: 220-161898-77 ProCredit Bank	Ознака овлашћеног тела
ОВЛАШЋЕНО ТЕЛО ЗА ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА		

Сигурно транспортовање подразумева паковање у адекватну амбалажу, правилан утовар, распоређивање и причвршћивање унутар товарног простора возила у складу са карактеристикама и специфичностима самог мерила/мерног уређаја, и обезбеђивање и других захтеваних услова у складу са препорукама датим од стране произвођача односно дистрибутера/превозника, укључујући и амбијенталне услове, а посебно треба обратити пажњу на паковање мерила/мерног уређаја у тврдој кутији, испуњеној одговарајућим заштитним материјалом, односно обмотаног заштитним материјалом и упакованог у тврде картоне, када облик предмета не дозвољава паковање у кутију, тако да се спречи свако трење или ударање током транспорта, било између предмета узајамно, или између предмета и зидова кутије, и обезбеди пуна сигурност садржаја пошиљке у преносу. Пошиљке које садрже предмете од стакла и остале ломљиве предмете пошиљалац је дужан да преда као издвојене пошиљке, чији садржај захтева посебну пажњу приликом пријема, прераде, превоза и уручења.

Термин доставе мерила/мерних уређаја у контролно тело особље контролног тела, технички руководиоца и контролор усаглашавају са подносиоцем захтева за оверавање.

Пријем мерила/мерних уређаја у контролно тело

Мерила за контролисање/оверавање од клијената контролори преузимају формирајући запис **Записник о пријему мерила, КТ-ПР13-001**. Уколико је достава директна/лична од стране подносиоца захтева њему се том приликом уручује примерак наведеног записа односно контролно тело шаље мејлом подносиоцу захтева за оверавање потврду пријема мерила/мерних уређаја са пратећим записом уколико је достава организована преко одговарајуће службе или дистрибутера.

Контролор који прима мерило/мерни уређај у обавези је да провери стање мерила/мерног уређаја, односно постојање било каквих оштећења или аномалија, као и оштећења амбалаже. У случају да истих има контролор је у обавези да у одговарајућу рубрику записа у вези са пријемом мерила опише оштећење или аномалију уз пратећи дигитални запис, као и да, ако је применљиво, упутити представку служби/дистрибутеру који су допремили мерило/мерни уређај приликом потписивања пријемнице или на други одговарајући начин. Обавеза је контролора да приликом отпакивања предмета контролисања води рачуна о пријемној амбалажи. Иста може бити уклоњена (нпр. у рециклажу) након добијања одобрења од клијента или коришћена за отпрему мерила.

Уколико се касније током процеса прегледа и оверавања мерила установи неправилност (аномалија) на мерилу који је саставни део медицинског средства иста се бележи у пратећој документацији и исправи (Извештај о контролисању/Записник о оверавању) која се испоручује подносиоцу захтева.

Пријем мерила/мерних уређаја се обавља у радно време контролног тела.

Преузимање прегледаних мерила/мерних уређаја од стране клијента

Приликом преузимања мерила/мерних уређаја клијенту се доставља (лично или мејлом) примерак **Записника о предаји мерила, КТ-ПР13-002** са пратећом документацијом и исправама. Термин преузимања и начин доставе мерила/мерних уређаја из контролног тела технички руководиоца и контролор усаглашавају са подносиоцем захтева за оверавање.

Уколико се услуга контролисања/оверавања обавља на локацији клијента, клијенту се доставља његов примерак записа **Списак обављених контролисања/оверавања мерних уређаја, КТ-ПР12-024**.